



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY
QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek Product NEISSERIA MENINGITIDIS sk.B

Kat. č. AS 402 Code

Číslo šarže Lot No. 1070

Datum expirace Expiry Date 2021 07

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – AS 401-5. This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – AS 401-5.

Výsledek testu kvality: Result of the quality test:

Table with 7 columns: Kmen (Strain), Antisérum N. meningitidis (sk. A, sk. B, sk. C, sk. X, Sk. Y), Fyz.roztok (Saline). Rows include N.m. CCM 4634 through 4638.

+ pozitivní reakce (aglutinace), - negativní reakce positive (agglutination) negative

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o. Kontrolní laboratoř Kladská 1032 500 03 Hradec Králové, ČR

ITEST plus, s.r.o. Quality control laboratory Kladská 1032 500 03 Hradec Králové, CZ

07. 07. 2020

Datum Date



Handwritten signature

Podpis Signature