ITEST plus s.r.o. biological tests, laboratory diagnostics

PROTOKOL O KONTROLE KVALITY
QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **ITEST OXIDÁZA** Kat.č. DD 505
Product Code

Číslo šarže **1042** Datum exspirace **2023 04**
Lot No. Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 505.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 505.

Výsledek funkční zkoušky:
Result of the functional test:

Kmen (Strain)	Barva inokula (inoculum color)
Pseudomonas aeruginosa CCM 1960	Tmavě modré-černé (dark blue-black)
Enterobacter sakazakii CCM 3461	Beze změny (without color change)

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

Pozn.: Mírné modro-fialové zabarvení disků a jejich okrajů nemá vliv na jejich kvalitu, bezpečnosti a funkčnost. Výrobek je vhodný pro určené použití.

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, ČR

06. 04. 2022
.....
Datum Date

QUALITY CONTROL ITEST plus Ltd. SUPERVISOR

ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, CZ

.....
Podpis Signature