ITEST plus s.r.o. biological tests, laboratory diagnostics

PROTOKOL O KONTROLE KVALITY
QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek
Product **ITRAKONAZOL**

Kat.č. **DD 6051**
Code

Číslo šarže **1102**
Lot No.

Datum exspirace **2023 10**
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 605.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 605.

Výsledek testu kvality:
Result of the quality test:

Kmen (Strain)	Inhibiční zóna (Inhibition zone)
Candida albicans ATCC 90028	15,17 mm

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, ČR

17. 10. 2022
.....
Datum Date

QUALITY CONTROL ITEST plus Ltd. SUPERVISOR

ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, CZ

.....
Podpis Signature

OS-S.07-H1/4/1