



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **ITEST BACITRACIN H**  
Product

Kat.č. **DD 5021**  
Code

Číslo šarže **3013**  
Lot No.

Datum expirace **2024 01**  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 502.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 502.

**Výsledek** funkční zkoušky:  
**Result** of the functional test:

Kmen (Strain)	Inhibiční zóna (Inhibition zone)
<i>Staphylococcus aureus</i> MAU 76/69	20,50 mm
<i>Streptococcus sanguis</i> Str 65/59	20,50 mm

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, ČR

25. 01. 2023

.....  
Datum Date



ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, CZ

.....  
Podpis

Signature