



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **ITEST OXIDÁZA**  
Product

Kat.č. DD 505  
Code

Číslo šarže **1023**  
Lot No.

Datum expirace **2024 02**  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 505.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 505.

**Výsledek** funkční zkoušky:  
**Result** of the functional test:

Kmen (Strain)	Barva inokula (inoculum color)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> CCM 1960	Tmavě modré-černé (dark blue-black)
<i>Enterobacter sakazakii</i> CCM 3461	Beze změny (without color change)

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

Pozn.: Mírné modro-fialové zabarvení disků a jejich okrajů nemá vliv na jejich kvalitu, bezpečnosti a funkčnost. Výrobek je vhodný pro určené použití.

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, ČR

ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, CZ

15. 02. 2023

.....  
Datum Date



.....  
Podpis Signature