



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek
Product

ITEST X-FAKTOR

Kat.č. DD 512
Code

Číslo šarže 1103
Lot No.

Datum expirace 2024 10
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 512-4.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 512-4.

Výsledek funkční zkoušky:
Result of the functional test:

Kmen (Strain)	Růst (growth)
<i>Haemophilus influenzae</i> CCM 4457	Ne (no)
<i>H. haemoglobinophilus</i> CCM 4648	Ano (yes)
<i>H. segnis</i> CCM 6052	Ne (no)

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, ČR

02. 11. 2023

.....
Datum Date



ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, CZ

.....
Podpis Signature