



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

**Výrobek** ITEST STREPTO GROUP  
**Product**

Kat. č. SL 111  
Code

Číslo šarže **1063**  
Lot No.

Datum expirace **2023 12**  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SL 111.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SL 111.

**Výsledek** testu kvality (funkční zkouška):  
**Result** of the quality test (test of the function):

Latexová suspenze	Streptokokový antigen					Polyval. Kontrola
	A	B	C	G	F	
anti A	+	-	-	-	-	+
anti B	-	+	-	-	-	+
anti C	-	-	+	-	-	+
anti G	-	-	-	+	-	+
anti F	-	-	-	-	+	+

+ pozitivní reakce (positive)  
- negativní reakce (negative)

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, ČR

ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, CZ

22. 06. 2023

.....  
Datum Date



.....  
Podpis

.....  
Signature