



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

**Výrobek** ITEST STREPTO GROUP ANTI A **Kat. č.** SL 115  
**Product** LATEXOVÉ SUSPENZE ANTI B **Code** SL 116  
LATEX SUSPENSIONS ANTI C SL 117  
ANTI G SL 118  
ANTI F SL 119

Latex. suspenze Číslo šarže Datum expirace  
Latex suspension Lot No. Expiry Date

ANTI A -----  
ANTI B 1013 2024 01  
ANTI C -----  
ANTI G -----  
ANTI F -----

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SL 111.

This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SL 111.

**Výsledek** testu kvality (funkční zkouška):

**Result** of the quality test (test of the function):

Latexová suspenze	Streptokokový antigen					Polyval. Kontrola
	A	B	C	G	F	
anti A	+	-	-	-	-	+
anti B	-	+	-	-	-	+
anti C	-	-	+	-	-	+
anti G	-	-	-	+	-	+
anti F	-	-	-	-	+	+

+ pozitivní reakce (positive)

- negativní reakce (negative)

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce

**Conclusion:** Product complies with the firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, ČR

09. 01. 2023

Datum Date

ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, CZ



Podpis

Signature