



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek Product	ITEST STREPTO GROUP LATEXOVÉ SUSPENZE LATEX SUSPENSIONS	ANTI A ANTI B ANTI C ANTI G ANTI F	Kat. č. SL 115 Code SL 116 SL 117 SL 118 SL 119
Latex. suspenze Latex suspension	Číslo šarže Lot No.	Datum expirace Expiry Date	
ANTI A ANTI B ANTI C ANTI G ANTI F	----- ----- ----- 1033 -----	----- ----- ----- 2024 03 -----	

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SL 111.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SL 111.

Výsledek testu kvality (funkční zkouška):
Result of the quality test (test of the function):

Latexová suspenze	Streptokokový antigen					Polyval. Kontrola
	A	B	C	G	F	
anti A	+	-	-	-	-	+
anti B	-	+	-	-	-	+
anti C	-	-	+	-	-	+
anti G	-	-	-	+	-	+
anti F	-	-	-	-	+	+

+ pozitivní reakce (positive)
- negativní reakce (negative)

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, ČR

27. 03. 2023

.....
Datum Date

ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, CZ



.....
Podpis Signature