



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

| | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Výrobek | ITEST STREPTO GROUP | ANTI A | Kat. č. | SL 115 |
| Product | LATEXOVÉ SUSPENZE | ANTI B | Code | SL 116 |
| | LATEX SUSPENSIONS | ANTI C | | SL 117 |
| | | ANTI G | | SL 118 |
| | | ANTI F | | SL 119 |
| | POLYVALENTNÍ KONTROLA | | | |
| | POLYVALENT CONTROL | | | SL 120 |

Latex. suspenze
Latex suspension

Číslo šarže
Lot No.

Datum expirace
Expiry Date

Polyvalentní kontrola
Polyvalent control

1113

2024 11

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SL 111.

This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SL 111.

Výsledek testu kvality (funkční zkouška):

Result of the quality test (test of the function):

| Latexová suspenze | Streptokokový antigen | | | | | Polyval. Kontrola |
|-------------------|-----------------------|---|---|---|---|-------------------|
| | A | B | C | G | F | |
| anti A | | | | | | + |
| anti B | | | | | | + |
| anti C | | | | | | + |
| anti G | | | | | | + |
| anti F | | | | | | + |

+ pozitivní reakce (positive)

- negativní reakce (negative)

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce

Conclusion: Product corresponds to firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus Ltd.
Quality control laboratory
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, CZ

10. 11. 2023

.....
Datum Date

.....
Podpis

Signature