



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

**Výrobek**      **DEOXYCHOLÁT SODNÝ**  
**Product**

**Kat.č.**    **PT 102**  
**Code**

**Číslo šarže**    **1014**  
**Lot No.**

**Datum expirace**    **2024 07**  
**Expiry Date**

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – PT 102.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – PT 102.

**Výsledek** funkční zkoušky:  
**Result** of the functional test:

Kmen (Strain)	Přidání PT 102 (addition of PT 102):
<i>Streptococcus pneumoniae</i> CCM 4501	kmen se rozpustí (strain is dissolved)
<i>Streptococcus constellatus</i> CCM 4043	kmen je beze změny (strain is without change)

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, ČR

ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, CZ

22. 01. 2024

.....  
Datum    Date



.....  
Podpis      Signature