



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek
Product

ITEST STREPTO GROUP
EXTRAKČNÍ ČINIDLA
EXTRACT REAGENTS

No. I
No. II
No. III

Kat. č.
Code

SL 112
SL 113
SL 114

Činidlo
Reagent

Číslo šarže
Lot No.

Datum expirace
Expiry Date

No. I
No. II
No. III

1034

2025 03

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SL 111.

This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SL 111.

Výsledek testu kvality (funkční zkouška):
Result of the quality test (test of the function):

| Činidlo Reagent | I | II | III | I + II | I + II + III | Výsledek Result |
|--------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| pH | cca 6,5 | < 1 | > 8 | < 1,5 | > 7,5 | Vyhovuje Complies |
| Barva Colour | Červená Red | Bezbarvá Colourless | Bezbarvá Colourless | Žlutá Yellow | Růžová-fialová Pink-violet | Vyhovuje Complies |

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, CZ

15. 03. 2024

.....
Datum Date

Keckova
.....
Podpis

Signature