



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek	ITEST STREPTO GROUP	ANTI A	Kat. č. SL 115
Product	LATEXOVÉ SUSPENZE	ANTI B	Code SL 116
	LATEX SUSPENSIONS	ANTI C	SL 117
		ANTI G	SL 118
		ANTI F	SL 119

Latex. suspenze	Číslo šarže	Datum expirace
Latex suspension	Lot No.	Expiry Date

ANTI A	-----	-----
ANTI B	-----	-----
ANTI C	2074	2025 07
ANTI G	-----	-----
ANTI F	-----	-----

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SL 111.

This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SL 111.

Výsledek testu kvality (funkční zkouška):
Result of the quality test (test of the function):

Latexová suspenze	Streptokokový antigen					Polyval. kontrola
	A	B	C	G	F	
anti A	+	-	-	-	-	+
anti B	-	+	-	-	-	+
anti C	-	-	+	-	-	+
anti G	-	-	-	+	-	+
anti F	-	-	-	-	+	+

+ pozitivní reakce (positive)

- negativní reakce (negative)

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce

Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, CZ

18. 07. 2024

.....
Datum Date

.....
Podpis Signature